



	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
C.G.S. SALERNO S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE – LOC. SPERLONGA
PALOMONTE (SA)

CONTROLLO APPARECCHIATURE


Strumentazioni

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	18/03/2013	Responsabile Impianto  -----	Responsabile IPPC  -----

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI


SCHEDA N° : 21.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità	X	
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia	X	
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: <u>29/12/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione :			

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

20

SCHEDA N° :

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità	x	
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia	x	
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: 18/11/2014			
Firma responsabile della manutenzione :			

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N°: 49

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità	X	
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia	X	
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: 20/10/2014			
Firma responsabile della manutenzione :			

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 18.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità		
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia		
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: <u>29/8/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione : <u>[Firma]</u>			

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 17

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità	X	
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia	X	
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: <u>20/8/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione : <u>[Signature]</u>			


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 16

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità	X	
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia	X	
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: 28/2/2011			
Firma responsabile della manutenzione : 			


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 15

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità	X	
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia	X	
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: <u>24/6/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione :			


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N°: 14

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità	X	
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia	X	
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: <u>27/5/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione :			


1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N°: 13

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità	X	
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia	X	
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: 22/4/2014			
Firma responsabile della manutenzione :			

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N°: 12

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità	X	
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia	X	
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: 24/3/2014			
Firma responsabile della manutenzione : 			

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N°: 11

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità	X	
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia	X	
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: <u>24/2/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione :		<u>[Signature]</u>	

1. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 40

Posizione	Operazioni e controlli <u>TRASMETTITORI ANALITICI</u>	FREQUENZA	
		mensile	biennale
	Controllo e taratura della sensibilità	T	
	Verifica stato abrasivo del sistema auto pulizia	T	
	Sostituzione elettrodo		
Annotazioni :			
Data: <u>20/1/2014</u>			
Firma responsabile della manutenzione :		